

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈН 19/2016

Назив наручиоца: ЈКП „Водовод Ваљево“

Адреса наручиоца: Ваљево, Бука Караџића 26

Интернет страница наручиоца: www.vodovodva.co.rs

Врста наручиоца: јавно предузеће-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Врста предмета: Добра

Предмет јавне набавке бр. 19/2016 је потрошни материјал и опрема за лабораторију. Јавна набавка је обликована по партијама:

| Бр. | Назив партије | Назив и шифра из ОРН |
|-----|---|--|
| 1 | Реагенси за мерења на спектрофотометру HACH LANGE DR 3900 VIS, спектрофотометру HACH LANGE DR 4000 UV/VIS и за HACH кондуктометар | Хемијски реагенси - 33696300 |
| 2 | Реагенси за одређивање НРК вредности LOVIBOND | Хемијски реагенси - 3369630 |
| 3 | Лабораторијско стакло и хемикалије | Хемијски реагенси - 33696300 |
| 4 | Готове подлоге за микробиолошка испитивања отпадних вода | Лабораторијски реагенси - 33696500 |
| 5 | Опрема за микробиолошку лабораторију | Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара)- 38000000 |
| 6 | Мерни инструменти | Мерни инструменти 38300000 |

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), врши се измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број 19/2016 на следећи начин:

1) За партију бр. 5 -Опрема за микробиолошку лабораторију измењена је техничка спецификација за апарате наведене под редним бр. 1, 2 и 4 и сада гласи:

1. Аутоклав (V= 75 l) са корпама и кесама за отпад

Погодан за стерилизацију: подлога за бактерије, стакла, течности, металних елемената, отпадних кеса...

Спецификација:

- Програмирање ауто старта (agar mode)
- контролни софтвер
- повезивање на РС (USB)
- интегрисани или спољни штампач (опционално)
- спољашње кућиште, горња површина, комора и поклопац израђени од AISI -304 нерђајућег челика

- у потпуности контролисан микропроцесором
- 10 програма за стерилизацију, 6 програма су слободна за модификовање од стране корисника
- RS232 порт за повезивање са штампачем или рачунаром
- отвор на комори за спољашњу контролну сонду
- заштитна метална решетка грејача
- тастер за отпуштање притиска (паре) Unsteaming push button
- мануелни вентил за испуштање течности
- безбедносни вентил и термостат
- хидраулична блокада поклопца док постоји надпритисак у комори
- сензор отвореног поклопца
- две корпе за стерилизацију
- Капацитет: 80±5 литара
- Димензије коморе: (Ø x l): 40±5x55±5 cm
- Температура: 100-139 °C
- Максимални притисак: 2,5 bar
- Снага: 6 000 W
- Опсег тајмера: 3 -180 min
- Уз понуду обавезно доставити сертификат овлашћеног сервиса за понуђени апарат или ауторизацију за даљу продају и сервис од овлашћеног дилера/ дистрибутера
- Доставити ISO 9001 понуђача и произвођача

2. Инкубатор (V= 145±10 l)

- максималан број полица: 8
- снага максимум 550 W
- циркулација ваздуха конвекцијом
- дигитална контрола и приказ температуре и времена
- опсег температуре амбијенталан +5°C до 80°C
- стабилност температуре ±0.1% (до 37°C)
- хомогеност ±0.5°C (до 37°C)
- грешка температуре ± 2% од подешене температуре
- резолуција 0.1°C
- безбедност у складу са стандардом EN.61010 и стандардом DIN 12880, уграђен подесиви безбедоносни термостат
- унутрашња комора изграђена од AISI -304 нерђајућег челика
- пред комора изграђена од AISI -304 нерђајућег челика
- полице направљене од AISI -304 нерђајућег челика
- унутрашња стаклена врата
- флексибилни силиконски заптивач врата
- спољашње кућиште заштићено епокси бојама
- осветљен главни прекидач
- TFT екран осетљив на додир
- визуелни и акустични аларми, аларм отворених врата, аларм ниске и високе температуре
- могућност креирања температурних програма
- подешавање брзине грејања (температурна рампа)
- параметри који се могу подешавати датум и време, корекција температуре, интервал складиштења података, језик, јединица температуре, горња и доња граница температуре
- RS-232 излаз, USB излаз, PC софтвер
- Уз понуду обавезно доставити сертификат овлашћеног сервиса за понуђени апарат или ауторизацију за даљу продају и сервис од овлашћеног дилера/ дистрибутера

– Доставити ISO 9001 понуђача и произвођача

3.) 4. Инкубатор (V= 50±2 l)

- максималан број полица: 5
- снага максимум 250 W
- циркулација ваздуха конвекцијом
- дигитална контрола и приказ температуре и времена
- опсег температуре амбијенталан +5°C до 80°C
- стабилност температуре ±0.1% (до 37°C)
- хомогеност ±0.5°C (до 37°C)
- грешка температуре ± 2% од подешене температуре
- резолуција 0.1°C
- безбедност у складу са стандардом EN.61010 и стандардом DIN 12880, уграђен подесиви безбедоносни термостат
- унутрашња комора изграђена од AISI -304 нерђајућег челика
- пред комора изграђена од AISI -304 нерђајућег челика
- полице направљене од AISI -304 нерђајућег челика
- унутрашња стаклена врата
- флексибилни силиконски заптивач врата
- спољашње кућиште заштићено епокси бојама
- осветљен главни прекидач
- TFT екран осетљив на додир
- визуелни и акустични аларми, аларм отворених врата, аларм ниске и високе температуре
- могућност креирања температурних програма
- подешавање брзине грејања (температурна рампа)
- параметри који се могу подешавати датум и време, корекција температуре, интервал складиштења података, језик, јединица температуре, горња и доња граница температуре RS-232 излаз, USB излаз, PC софтвер
- Уз понуду обавезно доставити сертификат овлашћеног сервиса за понуђени апарат или ауторизацију за даљу продају и сервис од овлашћеног дилера/ дистрибутера
- Доставити ISO 9001 понуђача и произвођача

2) На страни 19 и на страни 21 се мења текст напомене тако да сада гласи:

Понуђач је обавезан да опрему пусти у рад и да има сервис опреме овлашћен од произвођача. Уз понуду је потребно приложити сертификат овлашћеног сервиса за понуђени апарат или ауторизацију за даљу продају и сервис од овлашћеног дилера/ дистрибутера.

3) На страни 24/43 као доказ за испуњеност додатног услова за учешће у поступку јавне набавке (за партије бр. 5 и 6) треба да стоји: понуђач доставља сертификат овлашћеног сервиса за понуђени апарат или ауторизацију за даљу продају и сервис од овлашћеног дилера/ дистрибутера.

4) На страни 3/43 дошло је до техничке грешке, те у поглављу II Подаци о предмету јавне набавке стоји: Предмет јавне набавке бр. 18/2016 , а треба да гласи: Предмет јавне набавке бр. 19/2016.

У свему осталом, конкурсна документација остаје иста.

Услед наведене измене мења се и рок за достављање понуда, па су благовремене понуде које стигну на адресу наручиоца до 06.10.2016. године до 12.00 часова. Отварање понуда ће се обавити 06.10.2016. године у 12.30 часова.

У Ваљеу 28.9.2016. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ