

**Предмет:** Одговор на питање понуђача у вези ЈН 05/2015 - набавка потрошних материјала за лабораторију, од 27.04.2015. године.

**Питања понуђача везана за партију бр. 3 – Лабораторијско стакло и хемикалије:**

1. Ставка бр.17 - Да ли је прихватљиво понудити Ареометар опсега 1.060-1.120, 1.100-1.200 или 1.000-1.200, пошто је тражени опсег ареометра не производи.
2. Ставка бр.23 - Да ли мислите на пипету градуисану или трбушасту ове запремине, или можда на гумену пропипету или макропипету?
3. Ставка бр.24 - Да ли мислите на пипету градуисану или трбушасту ове запремине, или можда на гумену пропипету или макропипету?
4. Ставка бр.26 - Како би били у могућности да одговоримо на ваш захтев молим да прецизирасте дужину телескопа?
5. Ставка бр.30 - Да ли је могуће понудити маказе које немају пластични рукохват?
6. Ставка бр.32 - Да ли вам је потребан сталак за 3 левка? Ако желите сталак само за један левак молим да прецизирасте пречник левка.
7. Ставка бр.35 - Да ли мислите на запремину од 250 ml, јер најмања запремина за пластичне боце капалице је 50 ml?
8. Ставка бр.37 - Да ли мислите на пластичну или стаклену кадицу?

**Одговор наручиоца:**

1. Ставка бр.17 - Ареометар опсега 1.000-1.100
2. Ставка бр. 23 - Мисли се на гумени или пластични наставак за пипете од 2 ml
3. Ставка бр. 24 - Мисли се на гумени или пластични наставак за пипете од 10 ml
4. Ставка бр. 26 - Телескоп на извлачење, дужине око 2.4 - 2.5 m, 3 x 0.8 m
5. Ставка бр. 30 - Није могуће понудити маказе које немају пластични рукохват
6. Ставка бр. 32 - За један левак, пречник ринга 45-50 mm
7. Ставка бр. 35 - Одговор је не, мисли се на запремину од 25 ml
8. Ставка бр. 37- Мисли се на зидни сталак за цеђење и сушење ерленмајера, чаша, нормалних судова. Не на кадице

У Ваљеву, 28.04.2015. год.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**